

Die Staatsministerin

SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM DER JUSTIZ UND FÜR
DEMOKRATIE, EUROPA UND GLEICHSTELLUNG
Hospitalstraße 7 | 01097 Dresden

Präsidenten des Sächsischen Landtages
Herrn Dr. Matthias Rößler
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden

Durchwahl
Telefon +49 351 564-15000
Telefax +49 351 564-15009

staatsministerin@
smj.justiz.sachsen.de*

Aktenzeichen
(bitte bei Antwort angeben)
1040E/46/248-LR

Dresden,
23 Juni 2020

Kleine Anfrage der Abgeordneten Juliane Nagel (DIE LINKE)
Drs.-Nr. 7/2334

**Thema: Hygiene und Ausstattung des medizinischen Dienstes der
JVA Zeithain**

Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich
die Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:

**Unter welchen Bedingungen werden Medizinprodukte und Zahnarzt-
instrumente in der JVA Zeithain aufbereitet und durch wen?**

Die Desinfizierung und Sterilisierung der Medizinprodukte einschließlich
der Zahnarztinstrumente erfolgt in einem von dem (zahnärztlichen)
Behandlungsraum separat getrennten Raum. Die dort eingesetzten Geräte
entsprechen dem aktuellen Standard der Hygienebestimmungen und
werden durch das medizinische Personal der Justizvollzugsanstalt (JVA)
Zeithain bedient.

Frage 2:

**Ist durch die Aufbereitung gewährleistet, dass Hepatitis C Viren sowie
HIV Viren abgetötet werden?**

**JOB
MIT
J?**

» JUSTIZVOLLZUGSBEAMTE

WWW.JOB-MIT-J.DE

Hausanschrift:
Sächsisches Staatsministerium
der Justiz und für Demokratie,
Europa und Gleichstellung
Hospitalstraße 7
01097 Dresden

www.justiz.sachsen.de/smj

Verkehrsverbindung:
Zu erreichen mit
Straßenbahnlinien
3, 6, 7, 8, 11

Parken und behinderten-
gerechter Zugang über
Einfahrt Hospitalstraße 7

Hinweise zum **Datenschutz** erhalten
Sie auf unserer Internetseite. Auf
Wunsch senden wir Ihnen diese
Hinweise auch zu.

*Per E-Mail kein Zugang für
elektronisch signierte sowie
verschlüsselte elektronische
Nachrichten; nähere Informationen zur
elektronischen Kommunikation mit dem
Sächsischen Staatsministerium der
Justiz und für Demokratie, Europa und
Gleichstellung unter
[https://www.justiz.sachsen.de/E-
Kommunikation-SMJ](https://www.justiz.sachsen.de/E-Kommunikation-SMJ)

Der Thermodesinfektor verfügt über 15 Programme, mit denen eine zuverlässige und bedarfsgerechte Desinfektion vorgenommen werden kann. So erfüllt z.B. das Einbadverfahren mit drei Spülgängen mit einer Temperatur von mindestens 90°C die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) aus dem Bereich der Infektions- und Krankenhaushygiene. Die weiteren Programme erfüllen die Vorgaben der Desinfektionsmittelliste des Verbunds für Angewandte Hygiene (VAH). Die Desinfektion mit dem Thermodesinfektor gewährleistet die Inaktivierung der HI-Viren und der Hepatitis-C-Viren.

Frage 3:

Erfolgte im Zeitraum 01.01.2019 bis 30.04.2020 eine Wartung der medizinischen Gerätschaften in der JVA Zeithain und wenn ja, mit welchem Ergebnis?

Die medizinischen Gerätschaften werden je nach Kontrollzyklus im ein- bzw. zweijährigen Rhythmus durch eine externe Firma, welche durch den TÜV Rheinland zertifiziert ist, gewartet.

Im abgefragten Zeitraum erfolgten die Wartungen am 16. Januar 2019 und 11. Februar 2020 mit dem Ergebnis, dass die Geräte im ordnungsgemäßen Zustand gemäß DGUV D3 (DIN EN 62353) sind.

Frage 4:

Verfügt die JVA Zeithain im medizinischen Bereich über Kühlmöglichkeiten für Medikamente welche ausschließlich dafür zu nutzen sind?

Im medizinischen Bereich werden zwei Kühlschränke zur Lagerung von Medikamenten genutzt.

Darüber hinaus verfügen das Behandlungszimmer und der Raum, der zur Lagerung der Medikamente dient, über eine Klimaanlage, um die dort befindlichen Medikamente keiner Umgebungstemperatur von über 25 Grad Celsius auszusetzen.

Frage 5:


Wurden im Zeitraum 01.01.2016 bis 30.04.2020 durch externe Prüf- und Kontrollinstanzen (TÜV Rheinland, Betriebsärztin der JVA, Berufsgenossenschaft) Mängel (teilweise auch gravierend) in der Aufbereitung der Medizinprodukte und oder der Zahnarztinstrumente festgestellt, und wenn ja, wie wurde bzw. wird damit umgegangen? (Bitte um Beirichtung der entsprechenden Berichte der genannten Instanzen)

In dem abgefragten Zeitraum fand eine Begehung der Betriebsärztin zum Arbeits- und Gesundheitsschutz (TÜV Rheinland) im Bereich des medizinischen Dienstes der JVA Zeithain am 27. Januar 2020 statt. Bei der Begehung wurden Mängel bei der Aufbereitung der Zahnarztinstrumente festgestellt. Diese wurden zwischenzeitlich abgestellt. Des Weiteren wurden neue Zahnarztinstrumente beschafft bzw. weitere bestellt. Weiterhin wurde eine neue Behandlungszeile mit Edelstahlbecken und Hygienearmatur, Thermodesinfektor, Sterilisator und einem Folienschweißgerät zur Reinigung der Zahnarztinstrumente beschafft.

Die JVA Zeithain wird beauftragt, interne Kontrollmechanismen und organisatorische Maßnahmen zur regelmäßigen Kontrolle des Instrumentenbestands und des Medikamentenvorrats zu etablieren, mit welchem Mängel unverzüglich erkannt und behoben werden können.

Der Bericht über die Begehung vom 27. Januar 2020 ist, soweit er die hiesige Fragestellung betrifft, dieser Antwort beigelegt.

Mit freundlichen Grüßen



Katja Meier

Anlage

1 Prüfbericht vom 27. Januar 2020

AMD TÜV Arbeitsmedizinische Dienste GmbH
 Bayrische Strasse 8, 01069 Dresden

JVA Zeithain
 Industriestraße E 2
 Glaubitz

Name
 Tel.
 Fax
 Mail @de.tuv.com
 Web www.tuv.com
 Datum: 27.01.2020

Begehung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz vom Datum im Bereich: JVA Zeithain mit medizinischen Dienst

Weiteres / Ergänzungen:

Dieser Begehungsbericht ist Bestandteil der Gefährdungsbeurteilung. Eine Begehung ist eine Momentaufnahme. Sie beurteilt nicht sämtliche Arbeitsprozesse/Arbeitsbereiche und ersetzt somit nicht eine ausführliche Gefährdungsbeurteilung.

Bei Fragen oder ergänzenden Hinweisen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Teilnehmer
Herr
Frau
Frau

Zusätzliche Verteiler

Aufteilung der betrieblichen Handlungsbedarfe

Thema	Anzahl	Thema	Anzahl
Arbeitsschutzorganisation		Brand- und Explosionsschutz	
Gefährdungsbeurteilung		Biologische Gefährdungen	
Arbeitsstätte		Gesundheitsvorsorge	
Hygiene		Physische Belastungen	
Arbeitsplatzgestaltung		Büroarbeitsplätze / BAP	
Maschinen / Arbeitsmittel		Betriebliches Gesundheitsmanagement	
Erforderliche Prüfungen		Sonstiges	
Arbeits- / Gefahrstoffe			

AMD TÜV Arbeitsmedizinische
 Dienste GmbH
 TÜV Rheinland Group

Alboinstr. 56
 12103 Berlin

Tel +49 (0)800 6649 0620
 Mail info-amd@de.tuv.com
 Web www.tuv.com

Geschäftsführung:
 Dr. med. Dieter Feitsch

AG Berlin-Charlottenburg
 HRB 78654

Mit freundlichen Grüßen

i. A.

Name

JVA Zeithain mit medizinischen Dienst

Nr	Thema	Ort	Gefährdung	Prio	Maßnahmenvorschläge	Verantwortlich*	Termin*	E.**
1	Hygiene und Arbeitsabläufe im Medizinischen Dienst	Medizinischer Dienst	Zu wenig Zeit um Schubladen aus zu wischen. Immer wieder Staub in den Schubladen in denen auch Instrumente sind.	hoch	Arbeitsabläufe ändern. Siehe auch Punkt 2			
2	Reinigung Medizinischer Dienst	Medizinischer Dienst	Firma macht Reinigung. Die Reinigungsmittel sind von der JVA. Der Boden sollte wie alles andere sauber sein und mit Desinfektionsreinigungsmittel gereinigt werden	hoch	Ursache eruieren weshalb der medizinische Dienst nicht ausreichend gereinigt ist. Z.B. zu wenig Zeit, uneffektive Reinigungsmittel, Nicht so gute Firma. Reinigungsmittel von Extern zulassen? Reinigungsfirma ändern...			
3								

* Die Angaben „Verantwortlich“ und „Termin“ sind vom Arbeitgeber zu ergänzen.

** E.: Erledigt

JVA Zeithain mit medizinischen Dienst

Nr	Thema	Ort	Gefährdung	Prio	Maßnahmenvorschläge	Verantwortlich*	Termin*	E.**
4								
5								
5								
6	Medizinischer Dienst Funktionsraum Reinigung Sterilisation	Medizinischer Dienst Funkti- onsraum	Die Instrumente von dem Zahnarzt werden hier gereinigt abgewaschen etc. Geplant ist eine Sterilisation aus- wärts. Das derzeitige Verfahren scheint nicht standardisiert zu sein und nicht aus zu reichen. Die Instrumente sind sehr alt die Spiegel blind und Porös sowie die Instrumente und müssen ausge- wechselt werden, da man sie so nicht reinigen kann	hoch	Baldige Auslagerung der Reinigung und Sterilisation der Zahnarzttermine. Instrumente des Zahnarztes in regelmä- ßigen angemessenen Abständen erneuern. An den medizinischen Dienst und auch Frau habe ich schon den DHAZ Zahnmedizinischer Hygieneleitfadenzu- gemailt			
7								

* Die Angaben „Verantwortlich“ und „Termin“ sind vom Arbeitgeber zu ergänzen.

** E.: Erledigt

JVA Zeithain mit medizinischen Dienst

Nr	Thema	Ort	Gefährdung	Prio	Maßnahmenvorschläge	Verantwortlich*	Termin*	E.**
8								
9	Zahnarztbereich und	Zahnarztbereich und	Die Geräte sind sehr alt z.T. noch vom VEB (Volkseigenen Betrieb). Die Spiegel zum Teil matt und porös. Die anderen Instrumente auch matt und porös und zerbrechlich. Viele Medikamente und andere Gegenstände sind über das Verfallsdatum.	Hoch	Alte kaputte Instrumente stellen eine Gefahr da. Z.B. Verletzungen, falsche Anwendung und es ist nicht möglich gut zu reinigen. Rechtzeitig Instrumente erneuern. Medikamente und Gegenstände vor dem Verfallsdatum erneuern und ersetzen.			

* Die Angaben „Verantwortlich“ und „Termin“ sind vom Arbeitgeber zu ergänzen.

** E.: Erledigt